

## Обозначение датчика концентрации 06.02.2025

### DK-3#-LXY

# - конструктивная особенность датчика: S - в металлическом корпусе;  
P - с вспомогательным электродом.

L - длина рабочей части датчика, мм.

X - среда заполнения мостика: A - нитрат аммония  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  (аммиачная селитра);  
B - хлорид калия  $\text{KCl}$ ;  
C - сульфат аммония  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ;  
D - прочие среды (магнезиальная добавка).

Y - рабочее давление: A - до 0.5 атм;  
B - до 12 атм. при 185°C или до 20 атм. при 140°C.